



SMART RAPID

IMMER RICHTIG.

Korrektes Blutdruckmessen ist der Grundpfeiler für die Diagnose, das Management und die Therapie der arteriellen Hypertonie. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Auswahl der richtigen Manschettengröße. Sogenanntes Undercuffing bzw. Overcuffing, also eine zu klein bzw. zu groß gewählte Manschette bezogen auf den Oberarmumfang, kann zu einer Verzerrung der Messwerte bis zu 30mmHg führen. Dementgegen setzt ERKA seine breite Auswahl an unterschiedlichen Manschettengrößen - von Säugling bis Oberschenkel, für jeden Anwender die richtige Größe. Und noch mehr: Manschettenwechsel im Handumdrehen - der ERKA Schnellverschluss macht's möglich! Das ist unser SMART-Prinzip.

Smart RapidGröße	Bestellnummer
Größe 4	024.20493.
Größe 5	024.24493.
Größe 3	024.26493.
Größe 2	024.27493.
Größe 1	024.28493.
Größe 6	024.29493.

Zubehör

Größe

Bestellnummer

Ersatzteile

Impressum und Datenschutz

ERKA.
Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG
Im Farchet 15
83646 Bad Tölz

Geschäftsführer: Björn Kallmeyer

HRA 75980, Amtsgericht München
Umsatzsteuer-ID: DE 812 833 893

Kontakt:
Telefon: 0 80 41 / 80 09-0
Telefax: 0 80 41 / 80 09-39
eMail: made@erka.org
<http://www.erka.org>

Verantwortlich:
Björn Kallmeyer

Signatur / Stempel

SMART RAPID

